

## 「日本産業規格(JIS)」審査適合 All Made in Japan 『ネピア 長時間フィットマスク』 2021年11月23日(火)発売

王子ネピア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：用名浩之）は、マスクの性能要件及び試験方法を定めた「日本産業規格（JIS）」の制定を受け、医療用マスク及び一般用マスク規格「JIS T 9001」にて適合と審査された、「ネピア 長時間フィットマスク」シリーズを、2021年11月23日（火）より発売いたします。

ウイルス飛沫をしっかりガードするブロックフィルターを採用した「ネピア 長時間フィットマスク ブロックフィルタープラス サージカル」は、医療用マスク規格「JIS T9001」において、最高クラスであるクラスⅢに適合と審査されました。医療従事者の方が安心してお使いいただける最高クラスの医療用マスクを市販品として発売し、お客様に安心と安全をお届けいたします。

\*本商品は、赤ちゃん用おむつに使用しているやわらかな不織布をはじめ、すべて日本製の素材を使用し、国内のクリーンルームで生産しています。

ネピア 長時間フィットマスク ブロックフィルタープラス サージカル	ネピア 長時間フィットマスク																																																										
<p>JIS T9001 医療用マスク クラスⅢ 適合審査済み※1</p> <p><b>＼ブロックフィルター採用！ ウイルス飛まつをしっかりガード</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>ふつうサイズ*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>小さめサイズ*</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="7">日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスククラスⅢ 規格適合番号 M32108013</th> </tr> <tr> <th>試験項目</th> <th>PFE</th> <th>BFE</th> <th>VFE</th> <th>可燃性</th> <th>血液バリア</th> <th>安全衛生 ・通気性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>規格値</td> <td>≧98%</td> <td>≧98%</td> <td>≧98%</td> <td>(区分1)</td> <td>21.3kPa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>適合判定</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">適合番号 M32108013</p>	日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスククラスⅢ 規格適合番号 M32108013							試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生 ・通気性	規格値	≧98%	≧98%	≧98%	(区分1)	21.3kPa		適合判定	○	○	○	○	○	○	<p>JIS T9001 一般用マスク 適合審査済み※1</p> <p><b>＼ムレにくく、呼吸らくらく！ 約3倍の通気性能※2</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>ふつうサイズ*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>小さめサイズ*</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="6">日本産業規格 JIS T 9001 一般用マスク 規格適合番号 G22108033</th> </tr> <tr> <th>試験項目</th> <th>PFE</th> <th>BFE</th> <th>VFE</th> <th>花粉</th> <th>安全衛生 ・通気性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>規格値</td> <td>≧95%</td> <td>≧95%</td> <td>≧95%</td> <td>≧95%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>適合判定</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>実測平均値</td> <td style="text-align: center;">98%</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">99%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">適合番号 G22108033</p>	日本産業規格 JIS T 9001 一般用マスク 規格適合番号 G22108033						試験項目	PFE	BFE	VFE	花粉	安全衛生 ・通気性	規格値	≧95%	≧95%	≧95%	≧95%		適合判定	○	-	-	○	○	実測平均値	98%	-	-	99%	
日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスククラスⅢ 規格適合番号 M32108013																																																											
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生 ・通気性																																																					
規格値	≧98%	≧98%	≧98%	(区分1)	21.3kPa																																																						
適合判定	○	○	○	○	○	○																																																					
日本産業規格 JIS T 9001 一般用マスク 規格適合番号 G22108033																																																											
試験項目	PFE	BFE	VFE	花粉	安全衛生 ・通気性																																																						
規格値	≧95%	≧95%	≧95%	≧95%																																																							
適合判定	○	-	-	○	○																																																						
実測平均値	98%	-	-	99%																																																							

※1 日衛連が運営する JIS 適合審査

※2 ネピア 長時間フィットマスク ブロックフィルタープラス サージカルとの比較

<商品概要>

商 品 名 : ネピア 長時間フィットマスク ふつうサイズ  
ネピア 長時間フィットマスク 小さめサイズ  
ネピア 長時間フィットマスク ブロックフィルタープラス サージカル ふつうサイズ  
ネピア 長時間フィットマスク ブロックフィルタープラス サージカル 小さめサイズ

規 格 : 50 枚入

サ イ ズ : ふつうサイズ 175mm×95mm  
小さめサイズ 145mm×90mm

希望小売価格 : オープン

発 売 日 : 2021 年 11 月 23 日 (火)

販 売 先 : 医療・福祉施設および公式オンラインショップ「nepia 銀座店」

URL : <https://shop.e-nepia.com/shop/default.aspx>

◆本件に関するお問い合わせ先◆

<報道機関の方>

王子ネピア株式会社 マーケティング本部 ハウスホールド商品企画部

TEL : 03-3248-2855

<一般消費者の方>

お客様相談室 TEL : 0120-985-041 (土日・祝日などを除く)

ネピアホームページ <https://www.nepia.co.jp>